

| CRÍTICO   | SEMICRÍTICO  | NO CRÍTICO   |
|---|--|--|
| <p>Penetra en tejido.</p> <p>Contacto con sangre y saliva.</p> <p>Inducción al cuerpo.</p>  | <p>Entra en boca.</p> <p>No penetra en el cuerpo.</p> <p>Expuesto a saliva y fluidos.</p>  | <p>No entra en boca del paciente.</p> <p>No mantiene contacto con las mucosas.</p> <p>Expuesto a salpicaduras de sangre o saliva.</p>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Autoclave.</li> <li>• Esterilizador a bolas.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Glutaraldehído 2%.</li> <li>• Glutaraldehído fenolato 7%.</li> <li>• Hipoclorito 10-15 %.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suelo, ventanas, paredes, mesas, etc.</li> </ul>  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bisturí.</li> <li>2. Botadores.</li> <li>3. Fresas dentales.</li> <li>4. Sondas periodontales.</li> <li>5. Curetas.</li> <li>6. Puntas ultrasonido.</li> <li>7. Endodoncia.</li> <li>8. Fórceps.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Espejo dental.</li> <li>2. Alicates de ortodoncia.</li> <li>3. Clamps de acero.</li> <li>4. Copas de goma-profilaxis.</li> <li>5. Cubetas.</li> <li>6. Transportadores de amalgama.</li> <li>7. Material rotatorio.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aparatos de RX.</li> <li>2. Asas de focos de luz.</li> <li>3. Gafas.</li> <li>4. Mangas de jeringa de agua y aire.</li> <li>5. Mangas de piezas de mano y turbinas.</li> <li>6. Mangos de puertas y ventanas.</li> <li>7. Superficies de trabajo.</li> </ol> |